

高纯质粒中量提取试剂盒 (溶液型)

KD409(20 次)

试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	保存	KD409(20 次)
RNase A (10mg/ml)	4°C	0.75ml
溶液 P1	4°C	65ml
溶液 P2	室温	50ml
溶液 P3	室温	50 ml
杂质清除剂 A	室温	1.5 ml
杂质清除剂 B	室温	15 ml
内毒素清除剂	4°C	5 ml

本试剂盒在室温储存 18 个月不影响使用效果。

试剂盒储存:

1. RNase A, 4°C保存 12 个月, 长期保存放 -20°C。
2. 第一次使用时, 将试剂盒所带全部的 RNase A 加入溶液 P1 后 (终浓度 100ug/ml) 置于 4°C保存。如果 RNase A 失活, 需要在溶液 P1 补加 RNase A (终浓度 100ug/ml)。
3. 内毒素清除剂常温运输, 4°C可以保存 12 个月, 长期保存放-20°C。
4. 如果室温比较低, 溶液 P2 中 SDS 可能会析出沉淀, 可在 37°C水浴加热几分钟, 不要剧烈摇晃。
5. 各溶液使用后应及时盖紧盖子, 避免长时间和空气接触。

产品介绍

试剂盒采用碱裂解法从培养菌中提取质粒 DNA, 采用独特的溶液配方和内毒素清除试剂, 只需要几次简

单离心去除蛋白质、多糖、内毒素、RNA 等杂质，就可以获得高质量的质粒 DNA。纯化 DNA 的 OD_{260/280} 通常在 1.8 左右，得到的质粒可直接应用于细胞转染甚至动物体内实验等对 DNA 纯度要求很高的实验中。本方法提取纯化质粒 DNA，对质粒损伤小，即使是 10kb 甚至 100kb 以上的大型质粒或超大型 BAC/PAC 质粒，只要碱裂解法能够提取，就可以有效纯化。可选择任意小体积溶解质粒，浓度可高达 5μg/ml。超螺旋比例可高达 95%，无内毒素，转染效果好。

产品特点

1. 不需要使用有毒的苯酚，氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀，方便，快速。从 50-70 ml 大肠杆菌 LB((Luria-Bertani)培养液中，可快速提取 150-600ug 纯净的高拷贝质粒DNA，提取率达 80-90 %。
2. 获得的质粒产量高，超螺旋比例可高达 95%，浓度可达 5μg/ml，纯度好，可直接用于酶切、转化、PCR、体外转录、测序等各种分子生物学实验。
3. 内毒素含量极低 (< 0.1EU/μg DNA)，可直接应用于细胞转染。

注意事项：

1. 如果提取质粒为低拷贝质粒或大于 10kb 的质粒，应加大菌体使用量，同时按比例增加 P1、P2、P3 的用量。
2. 提取大质粒时操作动作要轻柔，应该使用剪大了开口的吸头，防止机械剪切对 DNA 的损坏。
3. DNA 沉淀液沉淀离心后，可能看不到明显沉淀。如未见沉淀，担心 DNA 丢失，可保留上清液，待完成全部操作后电泳鉴定，以确定是否获得终产物（数百微克 DNA 离心沉淀在管的侧壁上，可能无法看到明显团块）。
4. 得到的质粒 DNA 可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。OD₂₆₀ 值为 1 相当于大约 50μg/ml DNA。电泳可能为单一条带，也可能为 2 条或者多条 DNA 条带，这主要是不同程度的超螺旋构象质粒泳动位置不一造成，与提取物培养时间长短、提取时操作剧烈程度等有关。本公司产品正常操作情况下基本超螺旋可以超过 95%。
5. 质粒 DNA 确切分子大小，必须酶切线性化后，对比 DNA 分子量 Marker 才可以知道。处于环状或者

超螺旋状态的质粒，泳动位置不确定，无法通过电泳知道确切大小。

操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）

- ⇒ 提示：将 RNase A 全部加入溶液 P1 中，混匀，使用后置于 2-8°C 保存。
1. 取过夜培养菌 40-60 ml 左右菌液（最大不超过 80ml），装入 50 毫升的离心管中，4500-6000 xg 于 4°C 离心 5min 沉淀菌体，完全弃除上清。
 2. 加入 2.5ml 溶液 P1，充分混悬震荡菌体沉淀，使其完全分散开，至无絮块存在。室温放置 3~5 min。

如果有未彻底混匀的菌块，会影响裂解，导致提取量和纯度偏低。
 3. 加入 2.5 ml 溶液 P2，轻轻颠倒离心管 6~8 次，室温放置 4-5 min，使细菌完全裂解，溶液透明。

温和地混合，不要剧烈震荡，以免基因组 DNA 剪切断裂！所用时不应超过 5 分钟！以免质粒受到破坏。
此时菌液应变得清亮粘稠，如果菌体少，很快清亮粘稠后就可以做下一步，不是一定要准确的 5 分钟。
如果未变得清亮，可能由于菌体过多，裂解不彻底，应减少菌体量。
 4. 加 2.5 ml 溶液 P3，立即颠倒离心管 6~8 次，充分混匀，至白色絮状物产生。上述裂解液于 4°C 12,000~16,000 x g 离心 10~15 min，小心吸出上清，移入新的 50 ml 离心管中。

加入溶液 P3 后应该立即混匀，以免产生 SDS 的局部沉淀。

5. 加入 5 ml 异丙醇，颠倒离心管，充分混匀。

注意： 使用异丙醇沉淀，蛋白杂质和盐离子共沉淀较少，可能看不到明显的较大团块沉淀，但是质粒还是可以完全沉淀下来，不影响实际的质粒产量。如果你习惯看见较大的沉淀团块操作，可以选择 2 倍体积的无水乙醇沉淀。

6. 于 4°C 12,000~16,000 x g 离心 10 min，小心弃去上清，倒置于吸水纸上轻轻沥干残余液体，加入 3-5ml 70%乙醇漂洗一遍，最高速离心 5 分钟，弃上清，晾干沉淀。

DNA 沉淀如果干燥过头，DNA 将无法完全溶解，但是如果乙醇没有晾干挥发干净，残留太多，也会造成 DNA 无法完全溶解。

注意: 异丙醇离心沉淀后, 质粒纯度很高吸附在管底和侧壁可能看不见沉淀, 但是不影响产量, 后续步骤仔细吹打管底和沉淀所在的侧壁涮洗溶解质粒。

7. 加入 0.7 ml 溶液 P1 完全溶解沉淀团块, 注意附着在管底和侧壁上的质粒沉淀虽然可能看不见, 也要吹打管底和沉淀所在的侧壁涮洗下来 (大质粒可用宽口吸管轻轻吹打辅助溶解)。然后将质粒溶液转入 1 个新的 1.5 ml 离心管中。可选步骤 (一般不需要) : 如果菌株 RNA 丰富有微量 RNA 残留, 可在此步骤后将质粒溶液 60°C 孵育 15 min 消化 RNA。
8. 每管加入 55μl 杂质清除液 A, 颠倒充分混匀后加入约 0.1 体积(约 80μl)冰预冷的内毒素清除剂, 颠倒旋转 7-10 次 (30 秒左右) 充分混匀, 冰浴或者冰上放置 >= 5 分钟, 中间偶尔颠倒混匀几次。

内毒素清除剂加入上清后, 上清会变得浑浊, 但是冰浴后应恢复清亮。

注意: 如果不需要去内毒素用于转染, 可在此步骤只加入 55μl 杂质清除液 A, 充分混匀后冰上放置 5 分钟, 离心后小心取上清转入一个新管, 直接接步骤 11。

9. 42°C 水浴, 溶液又会变为浑浊, 颠倒混匀后 42°C 温育 5 分钟。
10. 室温 14,000 × g 离心 5 min 分相 (温度低时, 内毒素清除剂无法分相, 因此必须至少 20°C 以上室温离心或者保证冬季转头温度 20°C 以上)。上层水相含 DNA, 下层蓝色油状相含内毒素和其它杂质。将含 DNA 的上层水相转移到新管 (注意不要吸到蓝色油状层, 里面含内毒素等杂质), 弃油状层。
溶液必须分为上下两相, 否则应重复步骤 9-10。
11. 将上一步所得上层水相中加入等体积杂质清除液 B (约 750μl), 轻柔混匀, 4°C 14,000 × g 离心 10 min, 弃上清 (注意不要丢失 DNA), 轻轻加入 1 ml 70% 乙醇洗涤, 离心弃上清, 共两次, 室温倒置晾干 5~10 min 使乙醇完全挥发。
12. 每个离心管加适量 TE 或者纯水 (50~100μl) 溶解沉淀 (可在 37°C 水浴中振荡以辅助溶解)。要注意很多质粒 DNA 可能附着在离心管侧壁上, 即使看不见, 也应该充分吹打侧壁溶解回收质粒 DNA。
最后沉淀可以根据需要选择任意小体积溶解, 这样可以得到很高浓度的转染级质粒 DNA (高达 5-10μg/μl)。如果有需要, 也可以选择更大体积溶解。